

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité-Justice



MINISTRE DE LA SANTE

ADDITIF N°2 AU DAOI N°02/CPMP/MS/2026 RELATIF À LA FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX AU PROFIT DU CNTS

Préambule

Suite aux sollicitations reçues de certains soumissionnaires faisant état de la présence, dans les spécifications techniques de certains équipements, de références à des technologies ou fonctionnalités susceptibles d'être associées à des fabricants particuliers, ainsi qu'aux demandes de clarification relatives à certains autres équipements et à la nécessité de corriger certaines erreurs matérielles relevées dans le dossier, le présent additif est établi afin d'apporter les précisions, clarifications et corrections nécessaires.

- Article 1

Les spécifications techniques de l'item 07 sont remplacées par les caractéristiques minimales suivantes : balance de laboratoire de précision, capacité minimale de 4 kg, précision de 1 g ou meilleure, affichage numérique, fonction tare, plateau adapté au pesage des poches de sang, alimentation 220-240 V / 50 Hz, accessoires nécessaires au fonctionnement.

- Article 2

Item 45 : Centrifugeuse de pailasse 16 tubes

Les spécifications suivantes sont supprimées :

- « Auto-Lock rotor exchange system » ;
- « SMART Spin : imbalance detection system » ;
- « Le système d'échange sécurisé du rotor T Auto-Lock par bouton-poussoir, en moins de trois secondes ».

Elles sont remplacées par les spécifications minimales suivantes :

- système sécurisé de verrouillage du rotor ;
- dispositif de détection automatique du déséquilibre ;
- système permettant un changement rapide et sécurisé du rotor sans outil spécifique ;
- retrait facile du rotor ;
- accès aisé à la chambre de centrifugation pour faciliter les opérations de nettoyage et de maintenance.

Toutes les autres spécifications de l'item demeurent inchangées.

- **Article 3**

Item 49 : Connecteur stérile de poches de sang

Les spécifications relatives à la technologie « sans plaquettes de cuivre : dispose d'un élément chauffant permanent », aux dimensions exactes (340 × 220 × 450 mm) et au poids exact (22,8 kg) sont supprimées.

Elles sont remplacées par les caractéristiques minimales suivantes :

- Connecteur stérile permettant de sceller et de connecter les tubulures des poches de sang en PVC tout en maintenant un système fermé et stérile ;
- Soudeuse et connecteur sans plaquettes de cuivre et sans lame pour le chauffage ;
- Technologie par chauffage assurant une connexion stérile sans risque de contamination du produit sanguin ;
- Maintien de l'intégrité et de la date d'expiration du produit sanguin après connexion ;
- Système réduisant les risques de contamination lors des opérations de connexion ;
- Alimentation électrique : 230/240 V CA, 50/60 Hz ;
- Dimensions adaptées à une utilisation sur paillasse ;
- Construction robuste adaptée à une utilisation intensive dans les centres de transfusion sanguine.

Toutes les autres spécifications de l'item demeurent inchangées.

El Aliya Yahya Menkouss

